



**PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA PER  
BRACHITERAPIA RADIANTE PER IL DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA  
PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA DELLA FONDAZIONE  
CIG N. 69917384B8**

**PRECISAZIONI SVOLGIMENTO PROVA PRATICA**

La prova pratica prevista negli atti di gara sarà oggetto di valutazione secondo quanto previsto dall'art. 3 della lettera d'invito. In particolare:

Prova pratica	Punti max 8 di cui:
1. Qualità Immagini	Max 4 p.ti
2. Praticità e semplicità d'uso applicatori	Max 4 p.ti

Si precisa che:

Per il punto "1. Qualità Immagini" essa potrà essere valutata su versione demo del TPS.

Per il punto "2. Praticità e semplicità d'uso applicatori" dovranno essere portati in visione per la valutazione *de visu* eventuali applicatori nuovi rispetto a quelli attualmente disponibili presso la Fondazione. Nel caso in cui il nuovo afterloader sia dichiarato compatibile con gli applicatori esistenti dovranno essere portati in visione i dispositivi di connessione/trasferimento.