



PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA PER BRACHITERAPIA RADIANTE PER IL DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA DELLA FONDAZIONE - CIG N. 69917384B8

QUESITI FORMULATI DALLE DITTE E RELATIVE RISPOSTE

QUESITO N. 4

Con rif. all'ART 3 del Capitolato Tecnico si prega di confermare che *“la perfetta integrazione di quanto fornito con i servizi ICT in essere presso la Fondazione”* sia da considerare come requisito preferenziale e non di minima, al fine di favorire la massima partecipazione delle aziende. In alternativa si chiede di dettagliare l'elenco degli applicativi in dotazione presso il Vs reparto fornendo le relative specifiche e schede tecniche per poter consentire ai partecipanti una corretta valutazione dei costi di integrazione da tenere in considerazione per l'offerta.

Risposta:

Quanto richiesto nell'art. 3 *“la perfetta integrazione di quanto fornito con i servizi ICT in essere presso la Fondazione”* è da considerarsi requisito di minima.

Il sistema di pianificazione deve trasmettere il report digitale del piano dosimetrico digitale alla CCE dipartimentale "MefoRT" prodotto dalla ditta Medas per consentirne la firma digitale da parte del medico (la fornitura della firma digitale esula dalla richiesta di gara); tale trasferimento dovrà essere effettuato in accordo allo standard HL7; il fornitore, qualora lo ritenesse più efficiente allo scopo, potrà proporre connessioni con protocolli alternativi.

Il sistema proposto deve consentire inoltre il trasferimento (invio o interrogazione) alla CCE dipartimentale, tramite protocollo DICOM, di oggetti DICOM e DICOM RT (Structure Set, Plan, Dose, Images, ...); In modo autonomo e indipendente dalla fornitura oggetto di gara, gli oggetti DICOM e DICOM RT verranno archiviati dalla CCE la quale successivamente li inoltrerà anche al sistema di conservazione della Fondazione.

Trasferimento automatico degli oggetti DICOM RT relativi alla dose erogata (invio o interrogazione) dal sistema proposto dal fornitore alla CCE dipartimentale; tale trasferimento deve avvenire dopo le sedute di trattamento per consentire alla CCE di effettuare una corretta rendicontazione amministrativa delle prestazioni erogate (e non erogate);

Per quanto non espressamente richiesto precedentemente, sarà gradita una proposta di soluzione che consenta di sincronizzare le Agende di trattamento tra quelle gestite nel sistema offerto e quelle gestite dalla CCE.