



PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA PER BRACHITERAPIA RADIANTE PER IL DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA DELLA FONDAZIONE - CIG N. 69917384B8

QUESITI FORMULATI DALLE DITTE E RELATIVE RISPOSTE

QUESITO N. 1

Si chiede di confermare che, così come indicato per gli applicatori attualmente in uso presso il reparto dove “*i Sistemi offerti dovranno essere compatibili con gli applicatori marca Elekta di proprietà della Fondazione*”, il concorrente possa garantire anche la compatibilità con il software TPS Brachiterapia Oncentra Brachy e Sistema Oncentra Prostate, anch’essi già di proprietà della Fondazione, pur nel rispetto delle specifiche richieste.

Risposta:

Tra le caratteristiche richieste sono previsti:

- Software con licenza dedicata per TPS brachiterapia generico;
- Software con licenza dedicata per TPS brachiterapia prostata con pianificazione real-time.

QUESITO N. 2

Con riferimento alle “varianti migliorative per applicatori” ed in particolare all’”accessorio per trattamento prostata”, si chiede di specificare la richiesta essendo il reparto già dotato di tale sistema.

Risposta:

Si conferma la richiesta prevista nelle varianti migliorative di un accessorio per il trattamento della prostata.

QUESITO N. 3

Si chiede di confermare che il locale identificato per l’installazione della nuova apparecchiatura di Brachiterapia sia lo stesso attualmente in uso.

In alternativa, qualora il locale identificato per l’installazione della nuova apparecchiatura fosse diverso, si chiede di confermare che le eventuali opere edili/impiantistiche e/o protezionistiche necessarie per adeguare il locale esistente siano da considerare a cura della Stazione Appaltante.

Risposta:

Si conferma che il locale in cui sarà installata la nuova apparecchiatura di Brachiterapia sarà lo stesso attualmente in uso.